



MÁSCARA SEM METAL - (RESSONÂNCIA) / (VNI E ANESTESIA) Nº6 ADULTO EXTRA GRANDE

REF. 28MAVO (20166)

Lote: XXXXXXXXXX



Data de Fabricação:
yyyy-mm



Data de Validade:
Indeterminada

Contém: 1

Indicação: Para anestesia e ventilação não invasiva

Instruções de uso: Insufle a máscara com uma seringa

Conecte a máscara no circuito ventilatório, ressuscitador manual ou conforme sua necessidade;

Ajuste a máscara na face do paciente;

Assegure-se de que todas as conexões estejam perfeitas.

Advertências e Precauções:

Destinada para o uso de profissional qualificado e treinado;

A máscara foi projetada para conexão em entrada padrão 22mm;

Não utilizar a máscara em paciente com lacerações faciais extensas e trauma facial.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - PRONTO PARA USO

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

NÃO ESTERILIZAR / NÃO LAVAR / NÃO AUTOCLAVAR

ARMAZENAR EM LOCAL SECO E AO ABRIGO DO SOL

REG. Anvisa: 80171530009

Responsável Técnica: Márcia Barros de Moura - CREFITO: 3/173008-F



FABRICADO POR:

HSINER Co.,Ltd.
No. 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com - Site: <http://www.hsiner.com>



EU Representative

mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530
Fax: +49 511 3908 9539
<http://www.mdi-europa.com>

COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE POR:



NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ 61.817.664/0001-32 IE: 112.585.783.114
Rua Santa Cruz, 2209 CEP 04121-002 São Paulo - SP
F: (11) 5060-3030 Fax: (11) 5062-8283
Email: newmed@newmed.com.br
Site: www.newmed.com.br

DISTRIBUIDO POR:

MAKE LINE Comercial LTDA
CNPJ 05.416.754/0001-40
Av. Nova Independência, 755 - São Paulo/SP
qualidade@makeline.com.br www.makeline.com.br

Consulte instruções de uso em nosso site
www.newmed.com.br ou solicite a versão
impressa em contato@newmed.com.br



7 898946 027631



MÁSCARA SEM METAL - (RESSONÂNCIA) / (VNI E ANESTESIA) Nº5 ADULTO GRANDE

REF. 28MAVA (20165)

Lote: XXXXXXXXXXXX

Data de Fabricação:
yyyy-mm

Data de Validade:
Indeterminada

Contém: 1

Indicação: Para anestesia e ventilação não invasiva

Instruções de uso: Insufle a máscara com uma seringa

Conecte a máscara no circuito ventilatório, ressuscitador manual ou conforme sua necessidade;

Ajuste a máscara na face do paciente;

Assegure-se de que todas as conexões estejam perfeitas.

Advertências e Precauções:

Destinada para o uso de profissional qualificado e treinado;

A máscara foi projetada para conexão em entrada padrão 22mm;

Não utilizar a máscara em paciente com lacerações faciais extensas e trauma facial.

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL - PRONTO PARA USO
FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO
NÃO ESTERILIZAR / NÃO LAVAR / NÃO AUTOCLAVAR
ARMAZENAR EM LOCAL SECO E AO ABRIGO DO SOL**

REG. Anvisa: 80171530009

Responsável Técnica: Márcia Barros de Moura - CREFITO: 3/173008-F

FABRICADO POR:
HSINER Co.,Ltd.
No. 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com - Site: <http://www.hsiner.com>

EU Representative
mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530
Fax: +49 511 3908 9539
<http://www.mdi-europa.com>

COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE POR:



NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ 61.817.664/0001-32 IE: 112.585.783.114
Rua Santa Cruz, 2209 CEP 04121-002 São Paulo - SP
F: (11) 5060-3030 Fax: (11) 5062-8283
Email: newmed@newmed.com.br
Site: www.newmed.com.br

DISTRIBUIDO POR:

MAKE LINE Comercial LTDA
CNPJ 05.416.754/0001-40
Av. Nova Independência, 755 - São Paulo/SP
qualidade@makeline.com.br www.makeline.com.br

Consulte instruções de uso em nosso site
www.newmed.com.br ou solicite a versão
impressa em contato@newmed.com.br



7 18989461027648



MÁSCARA SEM METAL - (RESSONÂNCIA) / (VNI E ANESTESIA) N°4 ADULTO PEQUENO

REF. 28MAVAP (20164)

Lote: XXXXXXXXXX

Data de Fabricação:
yyyy-mm

Data de Validade:
Indeterminada

Contém: 1

Indicação: Para anestesia e ventilação não invasiva

Instruções de uso: Insufle a máscara com uma seringa

Conecte a máscara no circuito ventilatório, ressuscitador manual ou conforme sua necessidade;

Ajuste a máscara na face do paciente;

Assegure-se de que todas as conexões estejam perfeitas.

Advertências e Precauções:

Destinada para o uso de profissional qualificado e treinado;

A máscara foi projetada para conexão em entrada padrão 22mm;

Não utilizar a máscara em paciente com lacerações faciais extensas e trauma facial.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - PRONTO PARA USO

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

NÃO ESTERILIZAR / NÃO LAVAR / NÃO AUTOCLAVAR

ARMAZENAR EM LOCAL SECO E AO ABRIGO DO SOL

REG. Anvisa: 80171530009

Responsável Técnica: Márcia Barros de Moura - CREFITO: 3/173008-F

FABRICADO POR:
HSINER Co.,Ltd.
No. 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com - Site: <http://www.hsiner.com>

EU Representative
mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530
Fax: +49 511 3908 9539
<http://www.mdi-europa.com>

COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE POR:



NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ 61.817.664/0001-32 IE: 112.585.783.114
Rua Santa Cruz, 2209 CEP 04121-002 São Paulo - SP
F: (11) 5060-3030 Fax: (11) 5062-8283
Email: newmed@newmed.com.br
Site: www.newmed.com.br

DISTRIBUIDO POR:

MAKE LINE Comercial LTDA
CNPJ 05.416.754/0001-40
Av. Nova Independência, 755 - São Paulo/SP
qualidade@makeline.com.br www.makeline.com.br

Consulte instruções de uso em nosso site
www.newmed.com.br ou solicite a versão
impressa em contato@newmed.com.br



7 898946 027655



MÁSCARA SEM METAL - (RESSONÂNCIA) / (VNI E ANESTESIA) N°3 JUVENIL

REF. 28MAVJ (20163)

Lote: XXXXXXXXXX



Data de Fabricação:
yyyy-mm



Data de Validade:
Indeterminada

Contém: 1

Indicação: Para anestesia e ventilação não invasiva

Instruções de uso: Insufle a máscara com uma seringa

Conecte a máscara no circuito ventilatório, ressuscitador manual ou conforme sua necessidade;

Ajuste a máscara na face do paciente;

Assegure-se de que todas as conexões estejam perfeitas.

Advertências e Precauções:

Destinada para o uso de profissional qualificado e treinado;

A máscara foi projetada para conexão em entrada padrão 22mm;

Não utilizar a máscara em paciente com lacerações faciais extensas e trauma facial.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - PRONTO PARA USO

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

NÃO ESTERILIZAR / NÃO LAVAR / NÃO AUTOCLAVAR

ARMAZENAR EM LOCAL SECO E AO ABRIGO DO SOL

REG. Anvisa: 80171530009

Responsável Técnica: Márcia Barros de Moura - CREFITO: 3/173008-F



FABRICADO POR:

HSINER Co.,Ltd.
No. 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com - Site: <http://www.hsiner.com>



EU Representative

mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530
Fax: +49 511 3908 9539
<http://www.mdi-europa.com>

COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE POR:



NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ 61.817.664/0001-32 IE: 112.585.783.114
Rua Santa Cruz, 2209 CEP 04121-002 São Paulo - SP
F: (11) 5060-3030 Fax: (11) 5062-8283
Email: newmed@newmed.com.br
Site: www.newmed.com.br

DISTRIBUIDO POR:

MAKE LINE Comercial LTDA
CNPJ 05.416.754/0001-40
Av. Nova Independência, 755 - São Paulo/SP
qualidade@makeline.com.br www.makeline.com.br

Consulte instruções de uso em nosso site
www.newmed.com.br ou solicite a versão
impressa em contato@newmed.com.br



7 18989461027426



MÁSCARA SEM METAL - (RESSONÂNCIA) / (VNI E ANESTESIA) Nº2 PEDIÁTRICO

REF. 28MAVP (20162)

Lote: XXXXXXXXXX



Data de Fabricação:
yyyy-mm



Data de Validade:
Indeterminada

Contém: 1

Indicação: Para anestesia e ventilação não invasiva

Instruções de uso: Insufle a máscara com uma seringa

Conecte a máscara no circuito ventilatório, ressuscitador manual ou conforme sua necessidade;

Ajuste a máscara na face do paciente;

Assegure-se de que todas as conexões estejam perfeitas.

Advertências e Precauções:

Destinada para o uso de profissional qualificado e treinado;

A máscara foi projetada para conexão em entrada padrão 22mm;

Não utilizar a máscara em paciente com lacerações faciais extensas e trauma facial.

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL - PRONTO PARA USO
FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO
NÃO ESTERILIZAR / NÃO LAVAR / NÃO AUTOCLAVAR
ARMAZENAR EM LOCAL SECO E AO ABRIGO DO SOL**

REG. Anvisa: 80171530009

Responsável Técnica: Márcia Barros de Moura - CREFITO: 3/173008-F



FABRICADO POR:

HSINER Co.,Ltd.
No. 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com - Site: <http://www.hsiner.com>



EU Representative

mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530
Fax: +49 511 3908 9539
<http://www.mdi-europa.com>

COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE POR:



NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ 61.817.664/0001-32 IE: 112.585.783.114
Rua Santa Cruz, 2209 CEP 04121-002 São Paulo - SP
F: (11) 5060-3030 Fax: (11) 5062-8283
Email: newmed@newmed.com.br
Site: www.newmed.com.br

DISTRIBUIDO POR:

MAKE LINE Comercial LTDA
CNPJ 05.416.754/0001-40
Av. Nova Independência, 755 - São Paulo/SP
qualidade@makeline.com.br www.makeline.com.br

Consulte instruções de uso em nosso site
www.newmed.com.br ou solicite a versão
impressa em contato@newmed.com.br



7 189894 610276 24



MÁSCARA SEM METAL - (RESSONÂNCIA) / (VNI E ANESTESIA) Nº1 INFANTIL

REF. 28MAVI (20161)

Lote: XXXXXXXXXX



Data de Fabricação:
yyyy-mm



Data de Validade:
Indeterminada

Contém: 1

Indicação: Para anestesia e ventilação não invasiva

Instruções de uso: Insufle a máscara com uma seringa

Conecte a máscara no circuito ventilatório, ressuscitador manual ou conforme sua necessidade;

Ajuste a máscara na face do paciente;

Assegure-se de que todas as conexões estejam perfeitas.

Advertências e Precauções:

Destinada para o uso de profissional qualificado e treinado;

A máscara foi projetada para conexão em entrada padrão 15mm;

Não utilizar a máscara em paciente com lacerações faciais extensas e trauma facial.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - PRONTO PARA USO
FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO
NÃO ESTERILIZAR / NÃO LAVAR / NÃO AUTOCLAVAR
ARMAZENAR EM LOCAL SECO E AO ABRIGO DO SOL

REG. Anvisa: 80171530009

Responsável Técnica: Márcia Barros de Moura - CREFITO: 3/173008-F



FABRICADO POR:

HSINER Co.,Ltd.
No. 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com - Site: <http://www.hsiner.com>



EU Representative

mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530
Fax: +49 511 3908 9539
<http://www.mdi-europa.com>

COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE POR:



NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ 61.817.664/0001-32 IE: 112.585.783.114
Rua Santa Cruz, 2209 CEP 04121-002 São Paulo - SP
F: (11) 5060-3030 Fax: (11) 5062-8283
Email: newmed@newmed.com.br
Site: www.newmed.com.br

DISTRIBUIDO POR:

MAKE LINE Comercial LTDA
CNPJ 05.416.754/0001-40
Av. Nova Independência, 755 - São Paulo/SP
qualidade@makeline.com.br www.makeline.com.br

Consulte instruções de uso em nosso site
www.newmed.com.br ou solicite a versão
impressa em contato@newmed.com.br



7 189894 610275 94



MÁSCARA SEM METAL - (RESSONÂNCIA) / (VNI E ANESTESIA) Nº0 NEONATAL

REF. 28MAVN (20160)

Lote: XXXXXXXXXXXX

Data de Fabricação:
yyyy-mm

Data de Validade:
Indeterminada

Contém: 1

Indicação: Para anestesia e ventilação não invasiva

Instruções de uso: Insufle a máscara com uma seringa

Conecte a máscara no circuito ventilatório, ressuscitador manual ou conforme sua necessidade;

Ajuste a máscara na face do paciente;

Assegure-se de que todas as conexões estejam perfeitas.

Advertências e Precauções:

Destinada para o uso de profissional qualificado e treinado;

A máscara foi projetada para conexão em entrada padrão 15mm;

Não utilizar a máscara em paciente com lacerações faciais extensas e trauma facial.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - PRONTO PARA USO

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

NÃO ESTERILIZAR / NÃO LAVAR / NÃO AUTOCLAVAR

ARMAZENAR EM LOCAL SECO E AO ABRIGO DO SOL

REG. Anvisa: 80171530009

Responsável Técnica: Márcia Barros de Moura - CREFITO: 3/173008-F

FABRICADO POR:
HSINER Co.,Ltd.
No. 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com - Site: <http://www.hsiner.com>

EU Representative
mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530
Fax: +49 511 3908 9539
<http://www.mdi-europa.com>

COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE POR:



NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ 61.817.664/0001-32 IE: 112.585.783.114
Rua Santa Cruz, 2209 CEP 04121-002 São Paulo - SP
F: (11) 5060-3030 Fax: (11) 5062-8283
Email: newmed@newmed.com.br
Site: www.newmed.com.br

DISTRIBUIDO POR:

MAKE LINE Comercial LTDA
CNPJ 05.416.754/0001-40
Av. Nova Independência, 755 - São Paulo/SP
qualidade@makeline.com.br www.makeline.com.br

Consulte instruções de uso em nosso site
www.newmed.com.br ou solicite a versão
impressa em contato@newmed.com.br



7 1898946102757 0